



ประกาศกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
เรื่อง มาตรฐานรถทันตกรรม
พ.ศ. ๒๕๖๓

อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๖ วรรคสอง (๑๑) (ข) แห่งกฎกระทรวงกำหนดชนิดและจำนวนเครื่องมือ เครื่องใช้ ยาและเวชภัณฑ์หรือยานพาหนะที่จำเป็นประจำสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๕๘ ประกอบกับข้อ ๔ (๓) (ข) แห่งประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง สถานพยาบาลอื่นซึ่งได้รับการยกเว้นไม่ต้องอยู่ในบังคับตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพในฐานะผู้อนุญาต โดยคำแนะนำของคณะกรรมการสถานพยาบาลจึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เรื่อง มาตรฐานรถทันตกรรม พ.ศ. ๒๕๖๓”

ข้อ ๒ ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ข้อ ๓ ให้ยกเลิกประกาศกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เรื่อง มาตรฐานรถทันตกรรม

ข้อ ๔ ในประกาศฉบับนี้

“รถทันตกรรม” หมายความว่า ยานพาหนะสำหรับให้บริการทันตกรรม

ข้อ ๕ มาตรฐานการให้บริการโดยรถทันตกรรม ดังนี้

(๑) มาตรฐานโครงสร้างรถทันตกรรม

(ก) ให้มีขนาด เครื่องอุปกรณ์ และส่วนควบเป็นไปตามประกาศกรมการขนส่งทางบก กำหนด

(ข) มีการแสดงป้ายชื่อสถานพยาบาลและสัญลักษณ์ที่บ่งบอกว่าเป็นรถทันตกรรมที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน เบอร์โทรศัพท์ของสถานพยาบาล จังหวัดที่สถานพยาบาลรับการอนุญาตประกอบกิจการ

(๒) มาตรฐานการจัดพื้นที่ใช้สอย

(ก) ต้องจัดให้มีพื้นที่ซักประวัติและจัดทำเวชระเบียนบริการ

(ข) พื้นที่ให้บริการภายในรถทันตกรรม ต้องมีความเหมาะสมต่อการให้บริการ และการเคลื่อนย้ายผู้รับบริการ

(๓) มาตรฐานอุปกรณ์ภายในรถทันตกรรม

(ก) ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ

(ข) มีระบบระบายอากาศ โดยคำนึงถึงทิศทางการไหลเวียนของอากาศ

(ค) มีระบบไฟฟ้าหรือต้องจัดให้มีเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองที่มีกำลังเพียงพอสำหรับอุปกรณ์ต่อพ่วง และติดตั้งไฟแสงสว่างฉุกเฉินตามจุดที่จำเป็น

- (ง) มีระบบน้ำสำหรับให้บริการทันตกรรม และระบบการกำจัดน้ำทิ้งที่เหมาะสม
- (จ) มีภาชนะรองรับขยะติดเชื้อและไม่ติดเชื้อ กรณีขยะติดเชื้อต้องเก็บมากำจัด

ที่สถานพยาบาล

- (ฉ) มีอ่างล้างมือชนิดที่ไม่ใช้มือเปิด - ปิดพร้อมน้ำยาทำความสะอาด
- (๔) มาตรฐานเครื่องมือ เครื่องใช้ในการให้บริการภายในรถทันตกรรม
 - (ก) ยูนิททำฟัน ประกอบด้วยระบบให้แสงสว่าง ระบบเครื่องกรอฟัน ระบบดูดน้ำลาย ระบบน้ำบ้วนปาก และเก้าอี้คนไข้
 - (ข) เก้าอี้ทันตแพทย์
 - (ค) เครื่องมือ อุปกรณ์ เครื่องใช้มีการทำความสะอาดและทำให้ปราศจากเชื้อที่เหมาะสม หรือมีหม้อนึ่งอบความดันที่มีประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อในกรณีที่ต้องฆ่าเชื้อซ้ำ
 - (ง) ชุดตรวจฟัน อดฟัน ถอนฟัน ชุดรักษาโรคเหงือก ชุดชุดหินน้ำลายและเครื่องมือ อุปกรณ์อื่นที่จำเป็น เช่น อุปกรณ์แคะราก ชุดห้ามเลือด เป็นต้น และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องตามมาตรฐานการประกอบวิชาชีพทันตกรรม หรือเครื่องมือ อุปกรณ์อื่นตามขอบเขตที่ให้บริการ
 - กรณีมีเครื่องเอกซเรย์ฟัน ต้องจัดให้มีเครื่องมือ เครื่องใช้ดังนี้
 - (ก) เครื่องเอกซเรย์ ที่ได้มาตรฐานจากหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายจากกระทรวงสาธารณสุขและมีใบแจ้งครอบครองจากหน่วยงานดังกล่าว
 - (ข) อุปกรณ์วัดรังสีประจำตัวบุคคล และอุปกรณ์ป้องกันอันตรายจากรังสี
 - (ค) ระบบไฟสัญญาณเตือนขณะเครื่องเอกซเรย์ทำงาน
 - (ง) ป้ายสัญลักษณ์ทางรังสีติดอยู่ที่ประตูทางเข้าห้องเอกซเรย์ให้เห็นได้ชัดเจน
 - (จ) ป้ายแสดงลักษณะคำเตือน เช่น สตรีมีครรภ์หรือสตรีมีครรภ์โปรดแจ้งเจ้าหน้าที่ทราบที่ประตูหรือที่เห็นได้ชัดเจน
- (๕) มาตรฐานยา และเวชภัณฑ์ในการช่วยชีวิตฉุกเฉินที่ให้บริการภายในรถทันตกรรม จัดให้มีตามความเหมาะสม ยกเว้นกรณีที่มีการฉีดสารเข้าสู่ร่างกาย เพื่อช่วยในการวินิจฉัย ต้องจัดให้มียา และเวชภัณฑ์ในการช่วยชีวิตฉุกเฉิน ดังนี้
 - (ก) มีอุปกรณ์ช่วยชีวิตผู้ป่วยฉุกเฉินอย่างน้อยต้องมีถุงบีบลมพร้อมหน้ากากครอบช่วยการหายใจ ออกซิเจน และเครื่องกระตุ้นหัวใจไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ (AED)
 - (ข) ยา เวชภัณฑ์และเครื่องมือแพทย์อื่นที่สามารถให้การรักษายาบาล และช่วยชีวิตผู้ป่วยฉุกเฉินอย่างน้อยต้องมี ยาฉีดอะดรีนาลีน ยาฉีดสเตียรอยด์ ยาแก้แพ้ กลูโคส ยาอมใต้ลิ้นเพื่อขยายหลอดเลือดและเซตให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำ

ประกาศ ณ วันที่ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์)
อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

แบบสอบถามประชาชนพิจารณาปรับปรุงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ร่างประกาศกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เรื่อง มาตรฐานรถทันตกรรม พ.ศ.

๑. ข้อมูลส่วนบุคคล

ชื่อ หน่วยงาน

ตำแหน่ง

๒. ข้อมูลเสนอความเห็น

ร่างประกาศกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เรื่อง มาตรฐานรถทันตกรรม พ.ศ.	ความคิดเห็น	เหตุผลประกอบความคิดเห็น
<p style="text-align: center;">ประกาศกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เรื่อง มาตรฐานรถทันตกรรม พ.ศ.</p> <hr/> <p>อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๖ วรรคสอง (๑๑) (ก) แห่งกฎกระทรวงกำหนดชนิดและจำนวนเครื่องมือ เครื่องใช้ ยา และเวชภัณฑ์หรือยานพาหนะที่จำเป็นประจำสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๕๘ ประกอบกับข้อ ๔ (๓) (ก) แห่งประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง สถานพยาบาลอื่น ซึ่งได้รับการยกเว้นไม่ต้องอยู่ในบังคับตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพในฐานะผู้อนุญาตโดยคำแนะนำของคณะกรรมการสถานพยาบาล จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้</p>	<input type="checkbox"/> เห็นด้วยทั้งหมด <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วยทั้งหมด <input type="checkbox"/> เห็นด้วยบางส่วน <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วยบางส่วน	
<p>ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เรื่อง มาตรฐานรถทันตกรรม พ.ศ.”</p>	<input type="checkbox"/> เห็นด้วยทั้งหมด <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วยทั้งหมด <input type="checkbox"/> เห็นด้วยบางส่วน <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วยบางส่วน	
<p>ข้อ ๒ ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป</p>	<input type="checkbox"/> เห็นด้วยทั้งหมด <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วยทั้งหมด <input type="checkbox"/> เห็นด้วยบางส่วน <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วยบางส่วน	

ร่างประกาศกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เรื่อง มาตรฐานรถทันตกรรม พ.ศ.	ความคิดเห็น	เหตุผลประกอบความคิดเห็น
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกประกาศกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เรื่อง มาตรฐานรถทันตกรรม	<input type="checkbox"/> เห็นด้วยทั้งหมด <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วยทั้งหมด <input type="checkbox"/> เห็นด้วยบางส่วน <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วยบางส่วน	
ข้อ ๔ ในประกาศฉบับนี้ “รถทันตกรรม” หมายความว่า ยานพาหนะสำหรับให้บริการทันตกรรม	<input type="checkbox"/> เห็นด้วยทั้งหมด <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วยทั้งหมด <input type="checkbox"/> เห็นด้วยบางส่วน <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วยบางส่วน	
ข้อ ๕ มาตรฐานการให้บริการโดยรถทันตกรรม ดังนี้ (๑) มาตรฐานโครงสร้างรถทันตกรรม (ก) ให้มีขนาด เครื่องอุปกรณ์ และส่วนควบเป็นไปตามประกาศกรมการขนส่งทางบกกำหนด (ข) มีการแสดงป้ายชื่อสถานพยาบาลและสัญลักษณ์ที่บ่งบอกว่าเป็นรถทันตกรรมที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน เบอร์โทรศัพท์ของสถานพยาบาล จังหวัดที่สถานพยาบาลรับการอนุญาตประกอบกิจการ	<input type="checkbox"/> เห็นด้วยทั้งหมด <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วยทั้งหมด <input type="checkbox"/> เห็นด้วยบางส่วน <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วยบางส่วน	
(๒) มาตรฐานการจัดพื้นที่ใช้สอย (ก) ต้องจัดให้มีพื้นที่ซักประวัติและจัดทำเวชระเบียนบริการ (ข) พื้นที่ให้บริการภายในรถทันตกรรม ต้องมีความเหมาะสมต่อการให้บริการ และการเคลื่อนย้ายผู้รับบริการ	<input type="checkbox"/> เห็นด้วยทั้งหมด <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วยทั้งหมด <input type="checkbox"/> เห็นด้วยบางส่วน <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วยบางส่วน	
(๓) มาตรฐานอุปกรณ์ภายในรถทันตกรรม (ก) ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ (ข) มีระบบระบายอากาศ โดยคำนึงถึงทิศทางการไหลเวียนของอากาศ (ค) มีระบบไฟฟ้าหรือต้องจัดให้มีเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองที่มีกำลังเพียงพอสำหรับอุปกรณ์ต่อพ่วง และติดตั้งไฟแสงสว่างฉุกเฉินตามจุดที่จำเป็น	<input type="checkbox"/> เห็นด้วยทั้งหมด <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วยทั้งหมด <input type="checkbox"/> เห็นด้วยบางส่วน <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วยบางส่วน	

ร่างประกาศกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เรื่อง มาตรฐานรถทันตกรรม พ.ศ.	ความคิดเห็น	เหตุผลประกอบความคิดเห็น
<p>(ง) มีระบบน้ำสำหรับให้บริการทันตกรรม และระบบการกำจัดน้ำทิ้งที่เหมาะสม</p> <p>(จ) มีภาชนะรองรับขยะติดเชื้อและไม่ติดเชื้อ กรณีขยะติดเชื้อต้องเก็บมากำจัดที่สถานพยาบาล</p> <p>(ฉ) มีอ่างล้างมือชนิดที่ไม่ใช้มือเปิด - ปิดพร้อมน้ำยาทำความสะอาด</p>		
<p>(ค) มาตรฐานเครื่องมือ เครื่องใช้ในการให้บริการภายในรถทันตกรรม</p> <p>(ก) ยูนิตทำฟัน ประกอบด้วยระบบให้แสงสว่าง ระบบเครื่องกรอฟัน ระบบดูดน้ำลายระบบน้ำบ้วนปาก และเก้าอี้คนไข้</p> <p>(ข) เก้าอี้ทันตแพทย์</p> <p>(ค) เครื่องมือ อุปกรณ์ เครื่องใช้มีการทำความสะอาดและทำให้ปราศจากเชื้อที่เหมาะสม หรือมีหม้อนึ่งออบความดันที่มีประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อในกรณีที่ต้องฆ่าเชื้อซ้ำ</p> <p>(ง) ชุดตรวจฟัน อุดฟัน ถอนฟัน ชุดรักษาโรคเหงือก ชุดดูดหินน้ำลายและเครื่องมืออุปกรณ์อื่นที่จำเป็น เช่น อุปกรณ์แคะราก ชุดห้ามเลือด เป็นต้น และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องตามมาตรฐานการประกอบวิชาชีพทันตกรรมหรือเครื่องมือ อุปกรณ์อื่นตามขอบเขตที่ให้บริการ</p> <p>กรณีมีเครื่องเอกซเรย์ฟัน ต้องจัดให้มีเครื่องมือเครื่องใช้ดังนี้</p> <p>(ก) เครื่องเอกซเรย์ ที่ได้มาตรฐานจากหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายจากกระทรวงสาธารณสุขและมีใบแจ้งครอบครองจากหน่วยงานดังกล่าว</p> <p>(ข) อุปกรณ์วัดรังสีประจำตัวบุคคล และอุปกรณ์ป้องกันอันตรายจากรังสี</p> <p>(ค) ระบบไฟสัญญาณเตือนขณะเครื่องเอกซเรย์ทำงาน</p> <p>(ง) ป้ายสัญลักษณ์ทางรังสีติดอยู่ที่ประตูทางเข้าห้องเอกซเรย์ให้เห็นได้ชัดเจน</p> <p>(จ) ป้ายแสดงลักษณะคำเตือน เช่น สตรีมีครรภ์ หรือสตรีมีครรภ์โปรดแจ้งเจ้าหน้าที่ทราบ ที่ประตูหรือที่เห็นได้ชัดเจน</p>	<p><input type="checkbox"/> เห็นด้วยทั้งหมด</p> <p><input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วยทั้งหมด</p> <p><input type="checkbox"/> เห็นด้วยบางส่วน</p> <p><input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วยบางส่วน</p>	

ร่างประกาศกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เรื่อง มาตรฐานรถทันตกรรม พ.ศ.	ความคิดเห็น	เหตุผลประกอบความคิดเห็น
<p>(๕) มาตรฐานยา และเวชภัณฑ์ในการช่วยชีวิตฉุกเฉินที่ให้บริการภายในรถทันตกรรม จัดให้มีตามความเหมาะสม ยกเว้นกรณีที่มีการฉีดสารเข้าสู่ร่างกาย เพื่อช่วยในการวินิจฉัย ต้องจัดให้มียาและเวชภัณฑ์ในการช่วยชีวิตฉุกเฉิน ดังนี้</p> <p>(ก) มีอุปกรณ์ช่วยชีวิตผู้ป่วยฉุกเฉินอย่างน้อยต้องมี ถังบีบลมพร้อมหน้ากากครอบช่วยการหายใจ ออกซิเจน และเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ (AED)</p> <p>(ข) ยา เวชภัณฑ์และเครื่องมือแพทย์อื่นที่สามารถให้การรักษาพยาบาล และช่วยชีวิตผู้ป่วยฉุกเฉินอย่างน้อยต้องมี ยาฉีดอะดรีนาลีน ยาฉีดสเตียรอยด์ ยาแก้แพ้ กลูโคส ยาอมใต้ลิ้นเพื่อขยายหลอดเลือดและเซตให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำ</p> <p>ประกาศ ณ วันที่ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓</p>	<p><input type="checkbox"/> เห็นด้วยทั้งหมด</p> <p><input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วยทั้งหมด</p> <p><input type="checkbox"/> เห็นด้วยบางส่วน</p> <p><input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วยบางส่วน</p>	

๓. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

กรุณาส่งความคิดเห็นมาที่

กลุ่มพัฒนากฎหมาย กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

E-Mail : Patthana.law05@gmail.com

โทร ๐๒ ๑๙๓ ๗๐๔๐ โทรสาร ๐๒ ๑๙๙ ๕๖๕๒