



ประกาศกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  
เรื่อง มาตรฐานรถเอกซเรย์เคลื่อนที่  
พ.ศ. ๒๕๖๓

อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๖ วรรคสอง (๑๑) (ก) แห่งกฎกระทรวงกำหนดชนิดและจำนวนเครื่องมือ เครื่องใช้ ยาและเวชภัณฑ์หรือยานพาหนะที่จำเป็นประจำสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๕๘ ประกอบกับข้อ ๔ (๓) (ก) แห่งประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง สถานพยาบาลอื่นซึ่งได้รับการยกเว้นไม่ต้องอยู่ในบังคับตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพในฐานะผู้อนุญาต โดยคำแนะนำของคณะกรรมการสถานพยาบาล จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เรื่อง มาตรฐานรถเอกซเรย์เคลื่อนที่ พ.ศ. ๒๕๖๓”

ข้อ ๒ ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ข้อ ๓ ให้ยกเลิกประกาศกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เรื่อง มาตรฐานรถเอกซเรย์เคลื่อนที่

ข้อ ๔ ในประกาศฉบับนี้

“รถเอกซเรย์เคลื่อนที่” หมายความว่า ยานพาหนะสำหรับให้บริการตรวจวินิจฉัยด้วยเครื่องเอกซเรย์

ข้อ ๕ มาตรฐานบริการตรวจวินิจฉัยด้วยเครื่องเอกซเรย์ ดังนี้

(๑) มาตรฐานโครงสร้างรถเอกซเรย์

(ก) ให้มีขนาด เครื่องอุปกรณ์และส่วนควบเป็นไปตามประกาศกรมการขนส่งทางบก กำหนด

(ข) ผนังโดยรอบห้องที่ให้บริการเอกซเรย์ต้องระบุด้วยตะกั่วป้องกันรังสี หรือวัสดุอื่นที่มีคุณสมบัติเทียบเท่าในการป้องกันรังสีได้ตามมาตรฐานของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ แต่ทั้งนี้ต้องมีความปลอดภัยทางรังสีต่อบุคคลอื่นเนื่องมาจากการรั่วของรังสี

(ค) มีการแสดงป้ายชื่อสถานพยาบาลและสัญลักษณ์ที่บ่งบอกว่าเป็นรถเอกซเรย์เคลื่อนที่ที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน เบอร์โทรศัพท์ของสถานพยาบาล จังหวัดที่สถานพยาบาลรับการอนุญาตประกอบกิจการ

(๒) มาตรฐานการจัดพื้นที่ใช้สอย

(ก) ต้องจัดให้มีพื้นที่ซักประวัติและจัดทำเวชระเบียนผู้รับบริการ

(ข) พื้นที่ให้บริการภายในรถเอกซเรย์ ต้องมีความเหมาะสมต่อการให้บริการและการเคลื่อนย้าย

ผู้รับบริการ

(ค) มีพื้นที่สำหรับเปลี่ยนเสื้อผ้าที่เป็นสัดส่วนภายในรถเอกซเรย์

(๓) มาตรฐานอุปกรณ์ภายในรถเอกซเรย์

(ก) ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ

(ข) มีระบบระบายอากาศ โดยคำนึงถึงทิศทางการไหลเวียนของอากาศ

(ค) มีระบบไฟฟ้าหรือต้องจัดให้มีระบบไฟฟ้าสำรองที่มีกำลังเพียงพอ สำหรับอุปกรณ์ต่อพ่วงและติดตั้งไฟแสงสว่างฉุกเฉินตามจุดที่จำเป็น

(๔) มาตรฐานเครื่องมือ เครื่องใช้ในการให้บริการภายในรถเอกซเรย์

(ก) เครื่องเอกซเรย์ที่ได้มาตรฐานจากหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายจากกระทรวงสาธารณสุข และมีใบแจ้งครอบครองจากหน่วยงานดังกล่าว

(ข) อุปกรณ์วัดรังสีประจำตัวบุคคล และอุปกรณ์ป้องกันอันตรายจากรังสี

(ค) ระบบไฟสัญญาณเตือนขณะเครื่องเอกซเรย์ทำงาน

(ง) ป้ายสัญลักษณ์ทางรังสีติดอยู่ที่ประตูทางเข้าห้องเอกซเรย์ให้เห็นได้ชัดเจน

(จ) ป้ายแสดงลักษณะคำเตือน เช่น สตรีมีครรภ์หรือสตรีมีครรภ์โปรดแจ้งเจ้าหน้าที่ทราบ ที่ประตูหรือที่เห็นได้ชัดเจน

(๕) มาตรฐานยา และเวชภัณฑ์ในการช่วยชีวิตฉุกเฉินที่ให้บริการภายในรถเอกซเรย์ จัดให้มีตามความเหมาะสม ยกเว้นกรณีที่มีการฉีดสารเข้าสู่ร่างกาย เพื่อช่วยในการวินิจฉัย ต้องจัดให้มียา และเวชภัณฑ์ในการช่วยชีวิตฉุกเฉิน ดังนี้

(ก) มีอุปกรณ์ช่วยชีวิตผู้ป่วยฉุกเฉินอย่างน้อยต้องมีถุงบีบลมพร้อมหน้ากากครอบช่วยการหายใจ ออกซิเจน และเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ (AED)

(ข) ยา เวชภัณฑ์และเครื่องมือแพทย์อื่นที่สามารถให้การรักษาพยาบาล และช่วยชีวิตผู้ป่วยฉุกเฉินอย่างน้อยต้องมี ยานีโดอะดรีนารีน ยานีโดสเตียรอยด์ ยาแก้แพ้ กลูโคส ยาอมใต้ลิ้นเพื่อขยายหลอดเลือดและเซตให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำ

ประกาศ ณ วันที่

กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์)

อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

## แบบสอบถามประชาพิจารณ์รับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับ

ร่างประกาศกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เรื่อง มาตรฐานรถเอกซเรย์เคลื่อนที่ พ.ศ. ....

## ๑. ข้อมูลส่วนบุคคล

ชื่อ ..... หน่วยงาน .....

ตำแหน่ง .....

## ๒. ข้อมูลเสนอความเห็น

ร่างประกาศกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เรื่อง มาตรฐานรถเอกซเรย์เคลื่อนที่ พ.ศ. ....	ความคิดเห็น	เหตุผลประกอบความคิดเห็น
<p>ประกาศกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เรื่อง มาตรฐานรถเอกซเรย์เคลื่อนที่ พ.ศ. ....</p> <p>_____</p> <p>อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๖ วรรคสอง (๑๑) (ก) แห่งกฎกระทรวงกำหนดชนิดและจำนวนเครื่องมือ เครื่องใช้ ยา และเวชภัณฑ์หรือยานพาหนะที่จำเป็นประจำสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๕๘ ประกอบกับข้อ ๔ (๓) (ก) แห่งประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง สถานพยาบาลอื่นซึ่งได้รับการยกเว้นไม่ต้องอยู่ในบังคับตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพในฐานะผู้อนุญาตโดยคำแนะนำของคณะกรรมการสถานพยาบาล จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้</p>	<input type="checkbox"/> เห็นด้วยทั้งหมด <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วยทั้งหมด <input type="checkbox"/> เห็นด้วยบางส่วน <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วยบางส่วน	
<p>ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เรื่อง มาตรฐานรถเอกซเรย์เคลื่อนที่ พ.ศ. ....”</p>	<input type="checkbox"/> เห็นด้วยทั้งหมด <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วยทั้งหมด <input type="checkbox"/> เห็นด้วยบางส่วน <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วยบางส่วน	
<p>ข้อ ๒ ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป</p>	<input type="checkbox"/> เห็นด้วยทั้งหมด <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วยทั้งหมด <input type="checkbox"/> เห็นด้วยบางส่วน <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วยบางส่วน	



ร่างประกาศกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เรื่อง มาตรฐานรถเอกซเรย์เคลื่อนที่ พ.ศ. ....	ความคิดเห็น	เหตุผลประกอบความคิดเห็น
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกประกาศกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เรื่อง มาตรฐานรถเอกซเรย์เคลื่อนที่	<input type="checkbox"/> เห็นด้วยทั้งหมด <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วยทั้งหมด <input type="checkbox"/> เห็นด้วยบางส่วน <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วยบางส่วน	
ข้อ ๔ ในประกาศฉบับนี้ “รถเอกซเรย์เคลื่อนที่” หมายความว่า ยานพาหนะสำหรับให้บริการตรวจวินิจฉัยด้วยเครื่องเอกซเรย์	<input type="checkbox"/> เห็นด้วยทั้งหมด <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วยทั้งหมด <input type="checkbox"/> เห็นด้วยบางส่วน <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วยบางส่วน	
<p>ข้อ ๕ มาตรฐานบริการตรวจวินิจฉัยด้วยเครื่องเอกซเรย์ ดังนี้</p> <p>(๑) มาตรฐานโครงสร้างรถเอกซเรย์</p> <p>(ก) ให้มีขนาด เครื่องอุปกรณ์และส่วนควบเป็นไปตามประกาศกรมการขนส่งทางบกกำหนด</p> <p>(ข) ผนังโดยรอบห้องที่ให้บริการเอกซเรย์ต้องระบุด้วยตะกั่วป้องกันรังสี หรือวัสดุอื่นที่มีคุณสมบัติเทียบเท่าในการป้องกันรังสีได้ตามมาตรฐานของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ แต่ทั้งนี้ต้องมีความปลอดภัยทางรังสีต่อบุคคลอื่นเนื่องมาจากการรั่วของรังสี</p> <p>(ค) มีการแสดงป้ายชื่อสถานพยาบาลและสัญลักษณ์ที่บ่งบอกว่าเป็นรถเอกซเรย์เคลื่อนที่ที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน เบอร์โทรศัพท์ของสถานพยาบาล จังหวัดที่สถานพยาบาลรับการอนุญาตประกอบกิจการ</p>	<input type="checkbox"/> เห็นด้วยทั้งหมด <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วยทั้งหมด <input type="checkbox"/> เห็นด้วยบางส่วน <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วยบางส่วน	
<p>(๒) มาตรฐานการจัดพื้นที่ใช้สอย</p> <p>(ก) ต้องจัดให้มีพื้นที่ซักประวัติและจัดทำเวชระเบียนผู้รับบริการ</p> <p>(ข) พื้นที่ให้บริการภายในรถเอกซเรย์ ต้องมีความเหมาะสมต่อการให้บริการและการเคลื่อนย้ายผู้รับบริการ</p> <p>(ค) มีพื้นที่สำหรับเปลี่ยนเสื้อผ้าที่เป็นสัดส่วนภายในรถเอกซเรย์</p>	<input type="checkbox"/> เห็นด้วยทั้งหมด <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วยทั้งหมด <input type="checkbox"/> เห็นด้วยบางส่วน <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วยบางส่วน	

ร่างประกาศกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เรื่อง มาตรฐานรถเอกซเรย์เคลื่อนที่ พ.ศ. ....	ความคิดเห็น	เหตุผลประกอบความคิดเห็น
<p>(๓) มาตรฐานอุปกรณ์ภายในรถเอกซเรย์</p> <p>(ก) ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ</p> <p>(ข) มีระบบระบายอากาศ โดยคำนึงถึงทิศทางการไหลเวียนของอากาศ</p> <p>(ค) มีระบบไฟฟ้าหรือต้องจัดให้มีระบบไฟฟ้าสำรองที่มีกำลังเพียงพอ สำหรับอุปกรณ์ต่อพ่วงและติดตั้งไฟแสงสว่างฉุกเฉินตามจุดที่จำเป็น</p>	<p><input type="checkbox"/> เห็นด้วยทั้งหมด</p> <p><input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วยทั้งหมด</p> <p><input type="checkbox"/> เห็นด้วยบางส่วน</p> <p><input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วยบางส่วน</p>	
<p>(๔) มาตรฐานเครื่องมือ เครื่องใช้ในการให้บริการภายในรถเอกซเรย์</p> <p>(ก) เครื่องเอกซเรย์ที่ได้มาตรฐานจากหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายจากกระทรวงสาธารณสุข—และมีใบแจ้งครอบครองจากหน่วยงานดังกล่าว</p> <p>(ข) อุปกรณ์วัดรังสีประจำตัวบุคคล และอุปกรณ์ป้องกันอันตรายจากรังสี</p> <p>(ค) ระบบไฟสัญญาณเตือนขณะเครื่องเอกซเรย์ทำงาน</p> <p>(ง) ป้ายสัญลักษณ์ทางรังสีติดอยู่ที่ประตูทางเข้าห้องเอกซเรย์ให้เห็นได้ชัดเจน</p> <p>(จ) ป้ายแสดงลักษณะคำเตือน เช่น สตรีมีครรภ์หรือสตรีมีครรภ์โปรดแจ้งเจ้าหน้าที่ทราบ ที่ประตูหรือที่เห็นได้ชัดเจน</p>	<p><input type="checkbox"/> เห็นด้วยทั้งหมด</p> <p><input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วยทั้งหมด</p> <p><input type="checkbox"/> เห็นด้วยบางส่วน</p> <p><input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วยบางส่วน</p>	
<p>(๕) มาตรฐานยา และเวชภัณฑ์ในการช่วยชีวิตฉุกเฉินที่ให้บริการภายในรถเอกซเรย์ จัดให้มีตามความเหมาะสม ยกเว้นกรณีที่มีการฉีดสารเข้าสู่ร่างกาย เพื่อช่วยในการวินิจฉัย ต้องจัดให้มียาและเวชภัณฑ์ในการช่วยชีวิตฉุกเฉินดังนี้</p> <p>(ก) มีอุปกรณ์ช่วยชีวิตผู้ป่วยฉุกเฉินอย่างน้อยต้องมีถุงบีบลมพร้อมหน้ากากครอบช่วยการหายใจ ออกซิเจน และเครื่องกระตุ้นหัวใจไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ (AED)</p> <p>(ข) ยา เวชภัณฑ์และเครื่องมือแพทย์อื่นที่สามารถให้การรักษาพยาบาล และช่วยชีวิตผู้ป่วยฉุกเฉินอย่างน้อยต้องมี ยาฉีดอะดรีนาลีน ยาฉีดสเตียรอยด์ ยาแก้แพ้ กลูโคส ยาอมใต้ลิ้นเพื่อขยายหลอดเลือดและเซตให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำ</p>	<p><input type="checkbox"/> เห็นด้วยทั้งหมด</p> <p><input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วยทั้งหมด</p> <p><input type="checkbox"/> เห็นด้วยบางส่วน</p> <p><input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วยบางส่วน</p>	

ร่างประกาศกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เรื่อง มาตรฐาน รถเอกซเรย์เคลื่อนที่ พ.ศ. ....	ความคิดเห็น	เหตุผลประกอบความคิดเห็น
ประกาศ ณ วันที่            กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓		

๓. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

กรุณาส่งความคิดเห็นมาที่

กลุ่มพัฒนากฎหมาย กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

E-Mail : Patthana.law05@gmail.com

โทร ๐๒ ๑๙๓ ๗๐๔๐ โทรสาร ๐๒ ๑๔๙ ๕๖๕๒